

CARSO LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R^o.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

KROHNE Altometer

Kerkeplaat 12

3313 LC DORDRECHT

Pays-Bas

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Débitmètre électromagnétique / Electromagnetic flowmeter AF-E 400 DN6

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **20 ACC LY 441**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 09 Septembre au 23 Octobre 2020.

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from September 09 to October 23, 2020.

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Débitmètres électromagnétiques / Electromagnetic flowmeters

Références / References :

type AF-E 400

Sizes DN6 (¼"), DN15 (½"), DN20 (¾"), DN25 (1"), DN40 (1½") and DN50 (2")

avec joint interne en EPDM / with internal gaskets of EPDM material

Ordering code: VNAH* **** *T0** ***0* **** *0*

où / where: * représente des options (non concernées par l'ACS) / * are options freely selectable (do not touch ACS certification)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 26 Mars 2021

Date d'expiration / Expiry date : 03 Novembre 2025

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020 / Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Mise à jour des références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 03 Novembre 2020 / This ACS is an update of the ACS issued on November 03, 2020 (update of the references). Consequently, its expiry date remains the same.

F_MC060-b_15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 283 622,38 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 743 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com